Fiche Technique & Synthèse Sécurité

Gants vinyle non poudrés NewMark — Taille M (Lot de 100)

Référence Produit : 128442

1. Identification du Produit

Désignation	Gants d'examen en vinyle transparents, non poudrés, non stériles
Marque / Réf.	NewMark / 128442
Conditionnement	Boîte distributrice de 100 unités (50 paires)
Taille & Dimensions	Taille M | Largeur paume : ~95 mm | Longueur : ~240 mm

2. Caractéristiques Physiques & Matériaux

- **Matériau :** Polychlorure de vinyle (PVC) à 100%, haute densité.
- **Conception :** Ambidextre, surface lisse, manchette à bord roulé pour une meilleure résistance au déchirement.
- **Formulation :** 100% Sans Latex (élimine le risque d'allergies aux protéines de latex naturel).

3. Normes, Conformités & Directives

Domaine	Norme / Réglementation	Description
Dispositif Médical	EN 455 (Parts 1, 2, 3, 4)	Conformité Classe I (étanchéité, dimensions, propriétés physiques).
EPI	Catégorie III	Protection contre les risques chimiques et biologiques.
Bio-protection	ISO 374-5	Protection microbiologique contre virus, bactéries et champignons.
Protection Chimique	ISO 374-1 (Type C) & EN 374-4	Résistance aux détergents, alcools et désinfectants courants.
Contact Alimentaire	Règlement (UE) n° 10/2011	Aptitude au contact avec aliments secs, liquides et acides.

4. Informations de Sécurité (FDS) & Stockage

Statut REACH (FDS) : Conformément à l'article 31 du règlement REACH (UE), un gant en vinyle est considéré comme un *article manufacturé non dangereux* ne libérant aucune substance chimique dans des

conditions normales. Il n'exige pas de Fiche de Données de Sécurité (FDS) obligatoire au sens des produits chimiques.

- **Conditions de stockage :** Conserver à l'abri de la lumière directe, de l'humidité et à température ambiante (10°C - 30°C).
- **Durée de conservation :** 5 ans à compter de la date de fabrication.
- **Élimination :** Usage unique. Jeter selon la filière adaptée (ex. DASRI en milieu médical ou ordures ménagères/déchets industriels).

Besoin du PDF officiel signé fabricant ?
Pour un audit de sécurité ou une certification d'achat pro, vous pouvez obtenir la fiche fabricant originale auprès de votre revendeur (espace client) ou en contactant le service qualité Sanicen par courriel à `info@sanicen.com` avec la référence **128442** et le numéro de lot.